

質問回答

平成 25 年 5 月 27 日

「カンボジア国立母子保健センター拡充計画」

(公告日:平成 25 年 5 月 1 日)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	12 ページ (4) 予備調査を踏まえたプロジェクトの概要	「予備調査を踏まえたプロジェクトの概要」とありますが、本案件の予備調査報告書はありますか？	記載の誤りです。予備調査は実施しておりません。
2	13 ページ (3) 環境社会配慮、および 17 ページ (13) 環境社会配慮	13 ページ(3)に「JICA 環境社会配慮ガイドライン」に基づくカテゴリーを C としている」とありますが、その場合でも、17 ページ(13) 環境社会配慮に記載された各項目の調査を実施する必要がありますか？	JICA 環境社会配慮ガイドラインに基づくカテゴリーを C としているため、環境社会配慮に記載された各項目の調査は不要です。
3	15 ページ (4) 保健計画	「同センターには現在検査室はなく外注にて対応している状況である。」と記載がありますが、過去の同センター案件では臨床検査室に機材が調達されており、要請書では細菌学検査が必要であることが記載され、また南棟の 1 階において生化学検査室への改修が要請されています。 以上から、現在の検査室に不足している機能の必要性和妥当性を調査することよろしいでしょうか？	現在の検査室に不足している機能の必要性や妥当性の検討のみならず、細菌学検査や生化学検査を外注した場合と比較検討し、総合的に調査・分析ください。

4	20 ページ 1. 業務工程計画	「2013 年 7 月下旬にカンボジアにて選挙がおこなわれる予定」とありますが、コンサルタントの現地調査開始時期は選挙終了直後と考えて宜しいでしょうか？	その通りです。
5	21 ページ 4. 当機構からの参加団員の構成と現地調査行程 (1)第一回現地調査	JICA から参加の 3 名の現地調査（約 7 日間）の時期は、コンサルタントの現地調査期間中の前期、中期、後期のいずれを予定されてますか？	JICA から参加する団員は、コンサルタントの現地調査期間中の中期頃を予定しておりますが、ご提案を踏まえ調整を検討します。
6	要請書 13 ページ (5) Outline of the Equipment	研修関係の機材が要請リストに含まれておりませんが、本調査で研修関係の機材等の必要性に関して検討するという理解で宜しいでしょうか？また、同要請書 ANNEX3-2 に記載されている施設改修要請に対応した機材（例：ラボ機材、マンモグラフィ、病棟内機材、NICU 用機材等）の機材も要請に含まれていませんのが、先方負担という理解でよろしいでしょうか？	要請書への記載漏れの可能性もあるため、現地調査で確認ください。

以上