

## 質問回答

2015年3月23日

「ペルー国災害時における救急医療に係る情報収集・確認調査」

(公示日:2015年3月18日/公示番号:150107)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	ページ番号 16/18 6. 成果品等(6)図面等の編集可能データ	編集可能データとはどのようなものを想定されていますでしょうか。	パワーポイント、ワード、エクセル形式によるデータを想定しています。
2	2. 業務の目的	本調査は、あくまでも基本的な情報収集・確認が目的であり、アプライザル等への対応や事業費概算、事業効果の検討等は含まないという理解でよろしいでしょうか？	本調査はご指摘のとおり基礎情報収集・確認を目的としておりますが、将来的な円借款支援の可能性を検討するための材料として活用予定です。現時点で、アプライザル等への対応に直結しませんが、総事業費規模の検討は含みます。
3	2. 業務の目的	第2段落において「具体的事業として、(中略)、免震構造を備えた救急病院の設立、医療設備の導入等の本邦技術の活用可能性を念頭にプロジェクト対象・規模等の分析を行う」と説明されています。施設につきましては、「耐震化」は除外し、「免震化」を事業対象として絞り込まれたものと理解します。 そこで、この「免震構造を備えた救急病院の設立」というご説明ですが、このフレーズには、免震構造を有した救急病院の「新築」事業のみならず、(耐震性能が優れない)救急病院の既存施設の「免震化」事業(つまり既存施設の基礎部分等に免震装置を据え付けて免震化する事業)が含まれる、と理解してよろしいでしょうか？	施設については、「免震化」を想定しているものの、本調査においては、耐震・制震を含む地震対策を施した場合と比較した上で最適な救急病院を検討予定とご理解ください。 また、「救急病院の設立」とは、新築、及び既存施設に地震対策を施す改修を含みます。 なお、「医療設備」は、MRI等のメンテナンスを要する「医療機器」に加え、災害時の診療に必要なメンテナンスが不要な簡易機材や消耗品等を含む「医療機材」を

通番号	当該頁項目	質問	回答
		また、「医療設備」という用語は、医療機材 (Medical Equipment) を指したものと理解してよろしいでしょうか？	意味しています。
4	4. 実施方針及び留意事項 5. 業務の内容(1) <分析項目>	「平時の救急医療体制」について、病院前医療も対象という理解でよろしいでしょうか？	本調査では救急医療システム全般の把握を目的としているため、病院前医療（救急救命士の活動、患者の搬送システム等）も対象とします。
5	5. (3) ペルーの平時及び災害時の救急医療体制における課題の抽出	最終段落にて「免震構造を備えた救急病院建設の必要性・緊急性については既存病院の改修によって得られる効果との違いも考慮しつつ、必ず分析すること」とあります。上記の通番号3で述べたとおり、既存病院も改修により「免震化」が可能ですが、ここで言う「既存病院の改修」とは、通常の「耐震改修」（免震化ではない）を指すものと理解してよろしいでしょうか？	通番号 3 の回答を踏まえ、「 <u>地震対策を施した救急病院建設の必要性・緊急性については、新規建設・既存病院の改修の両アプローチによる費用及び効果との違いも考慮しつつ、必ず分析すること</u> 」とご理解ください。
6	3. (2) <input type="checkbox"/> 国立病院	調査対象となる国立病院に関し、「業務対象地域にある8つの国立病院」と説明されていますが、具体的に特定の 8 病院を想定されておられる場合はご教示下さい。	現時点で対象病院を特定していませんが、以下の選定基準を想定しています。ただ、代替案のある場合はプロポーザルにてご提案ください。 (1) リマ北部、南部、中央部、東部、及びカヤオ市より各1つ (2) 救急病院と指定されているものの、必ずしも救急病院として建設されたわけではない病院 (3) 救急病院に指定されていないものの、救急体制が比較的整っている病院

以上