

## 質 問 書

2021年9月16日

「(案件名) ケニア国ケニア中央医学研究所研究機能強化計画準備調査」(公示日: 2021年9月1日/調達管理番号: 21a00558) について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	企画競争説明書 P15	研究複合施設 (BSL3 実験室、オープンラボ等を含む) 総延床面積 4000㎡と記載されていますが、BSL3 実験室とオープンラボ以外に主にどのような諸室がありますでしょうか？	配布資料 (Report on Data Collection Survey (Kenya)) に記載されている情報を参考にしてください (例えば P48 の「Provision of Facilities」)。なお、実施済み調査で提案された内容にて確定ではなく、本準備調査にて明確にします。
2	企画競争説明書 P17	建設予定地は KEMRI 敷地内に確保されているが場合によっては既存構造物の撤去作業と記載されていますが、場合によってはどのような既存構造物の撤去を想定されているのでしょうか？	広めに確保されている建設予定地に、小規模の建造物 (30×10ft、平屋) が3つと小規模のトイレがあります。全てコンクリート構造です。
3	p. 16 第6条 実施方針及び留意事項 (1) 現地調査の実施方法	貴機構からの調査団員について、想定される団員構成および参加予定の期間につきご説明いただけますでしょうか。	総括、技術参与、計画管理について、約 1-2 週間の参団を想定しています。
4	p. 23 第7条 業務の内容 (1.3) 環境社会配慮	環境社会配慮にかかる調査について、現地再委託が可能と書かれておりますが、「第4章 業務実施上の条件 (3) 現地再委託及び傭人」においては、「サイト状況調査」や「現地調達時用の調査」について再委託を認める条件とされております。	環境社会配慮も現地再委託が可能です。また、見積は別見積でお願いします。

		環境社会配慮も現地再委託は可能としてよろしいでしょうか。また、可能な場合、見積もりは本5見積か別見積かいずれとなりますでしょうか。	
5	企画競争説明書 P26	2022年7月に第二回現地調査後、2022年8月に準備調査報告書を作成・提出と想定と記載されていますが、準備報告書の作成には、1か月内では難しく、数か月必要と思われるので、それをプロポーサルに反映した形で宜しいでしょうか？	反映頂くことは構いませんが、スケジュール案から大きくずれることは想定しておりません。
6	企画競争説明書／第3章／15ページ／第3条／(2)／1)  配布資料／Report on Data Collection Survey (Kenya) ／84ページ	「BSL3 実験室、オープンラボ等を含む」と記載ありますが、「オープンラボ」とは、「Virtual Lab and Conference Centre」のことを意図しているとの理解で宜しいでしょうか？	研究複合施設（BSL3 実験室、オープンラボ等を含む）は、配布資料（Report on Data Collection Survey (Kenya)）の P48「Provision of Facilities」に記載されている情報を参考にしてください。なお、実施済み調査で提案された内容にて確定ではなく、本準備調査にて明確にします。
7	配布資料／Report on Data Collection Survey (Kenya) ／72ページ	BSL3 施設として南アフリカの認証機関より、国際認証の取得手続き中との記載がありますが、基本的にケニア側の責任／負担で行うとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
8	企画競争説明書／第3章／20ページ／第7条／(5)／1)	現地調査における既存 BSL3 実験室へ入室に際し、事前の室内燻蒸はケニア側で実施するとの理解でよろしいでしょうか。	燻蒸は、必要に応じ、KEMRI にて対応することを想定しています。

以上