

## 質 問 回 答

2023年4月 14 日

「ベトナム国国立がん病院機材整備計画準備調査(一般競争入札(総合評価落札方式ーランプサム型))」

(公示日:2023年4月5日/調達管理番号:22a00044)について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	(3)日程(P3)	提出書類について、本件では、通常の業務実施契約で提出する必要のある「見積内訳書」の提出は不要との理解で宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。ただし別見積もりがある場合は別見積もり書をご提出下さい。
2	第3章 技術提案書作成要領 1. 技術提案書の構成(P25)	1 コンサルタント等の法人としての経験、能力、類似業務の経験において、通常の業務実施契約では、様式4-1(その1)を添付する必要がありますが、本件では、上記様式を添付する必要はないのでしょうか。	企画競争説明書の第3章3. 技術提案書作成上の留意点に記載のとおり、プロポーザル作成ガイドラインをご参照のうえ、通常の業務実施契約と同様に様式4-1(その1)を添付して下さい。
3	第3章 技術提案書作成要領 1. 技術提案書の構成(P25)	2 業務実施の方針等で、通常の業務実施契約では、「業務実施の方法」という項目がありますが、この項目も必要ないという理解で宜しいですか。またこの項目では、フローチャートも添付する必要はないとの理解で宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。項目建てて記載する必要はありません。フローチャート等は適宜、「業務実施の基本方針」に記載いただく対応で問題ありません。
4	第3章 技術提案書作成要領 2. 技術提案書作成に係る要件 (3) 業務従事者の構成(P26)	2)機材管理2/積算の分野において、ダイバーシティを活用し、機材管理2に1名、積算に1名の要員配置は認められるでしょうか。	ダイバーシティ枠を活用頂いて問題ありません。
5	P.27 第3章 技術提案書作成要領 2. 技術提案書作成に係る要件 (5) 配布資料/公開資料等	建設中となっている国立がん病院第一施設の全体の平面図・建物配置図および電気系統図等をお持ちでしたら、ご提供いただけましたら幸いです。	病院側に照会中のため入手次第、ご提供します。(プロポーザル提出期限 4/21 までにご提供できない可能性もある点ご理解ください) 提供を希望の場合は人間開発部案件担当

	➤設計・施工にかかる契約書・図面		(Takayama.Naoto@jica.go.jp)までご連絡下さい。
--	------------------	--	--------------------------------------

以上