

質 問 回 答 書

2023 年 8 月 16 日

「(案件名) キルギス国ビシュケク市三次病院医療機材整備計画準備調査(QCBS)」

(公示日:2023 年 8 月 2 日/調達管理番号:23a00365)について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	P27 第 3 章 4. (3)別見積について(評価対象外)	「3)新型コロナウイルス感染対策に関連する経費」とありますが、貴機構の該当ガイドラインでは、2023 年 9 月末渡航までとあります。本案件は 10 月に開始予定とありますが、コロナ対策経費の適応期間は延長されるのでしょうか。また、現地渡航中に本経費が発生した場合、契約に含まれていなかったとしても、安全対策経費として、実費精算などで精算は可能でしょうか。	コロナ感染対策の「現地渡航再開に当たっての経費の取扱いについて」の措置は、2023 年 9 月末までとしており、延長は予定しておりません。当初契約に計上されなかったとしても、発生した場合は相談していただき、実費精算の方向で対応させていただきます。
2	p.12 (4)本事業に関連する我が国の主な援助活動	技術協力プロジェクト「非感染性疾患の早期発見・早期治療のためのパイロットリファラル体制強化プロジェクト」の報告書もしくは案件内容詳細がわかる資料をご共有ください。	事前評価表をご共有します。 事業評価案件検索 JICA
3	p.12 (2) 機材等の内容	本案件は「全世界保健医療分野における技術協力と連携した無償資金協力戦略的活用のための情報収集・確認調査」にて先行調査の報告書を受けて、案件実施のために公示された案件と認識しております。当該案件の報告書を共有いただけませんかでしょうか。	当該調査は実施中で、報告書の最終版が作成されていないため、現時点ではご共有が不可能です。

4	p.32 (4)定額計上について	<p>サイト状況(自然条件等)の調査が定額計上とご指示されていますが、本案件で敷地測量、地盤調査等を要する建築の要請が上がっているのでしょうか。P.19(5)サイト状況(自然条件等)の調査にも「候補対象施設の建設予定地の状況～」とありましたので確認させてください。もしある場合は、要請概要をご教示ください。</p>	<p>施設建築の要請は挙がっておりません。国立腫瘍・血液内科病院(がんセンター)によって MRI が要請されておりますが、そのニーズや既存機材の使用状況に加え、設置対象の施設の有無について確認する必要があります。現在の建物には該当施設がないと聞いており、敷地に建設中の建物があるものの、建設完成の計画と MRI 室として使える部屋があるかどうか、本件調査を通じて確認いただく想定です。</p> <p>P.19(5)の「候補対象施設の建設予定地の状況～」の書き方があいまいで、申し訳ございませんでした。</p>
---	------------------	---	--

以上