

## 質 問 回 答

2024 年 2 月 20 日

「エチオピア国アディスアベバにおける国立感染症専門病院強化計画準備調査(QCBS - ランプサム型)」

(公示日:2024 年 1 月 31 日/調達管理番号:23a00844)について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	36頁 第3章 プロポーザル作成に係る留意事項 2.業務実施上の条件 (4)配布資料/公開資料等	企画競争説明書 別紙 1「3. 事業概要(1)②事業内容」(p.26)に整備機材の概要が記載されているかと思いますが、より詳細な要請機材の内容あるいは整備候補機材のリストがあれば共有いただけましたら幸いです。	現時点では企画競争説明書記載の概要のみであり、調査内で機材詳細を相手国機関と協議し決定する予定です。
以上、第1回回答分(2月9日)			
2	企画競争説明書 P.17-18 (14) 事業の維持管理計画の立案	機材の維持管理計画に関し、機材メーカーとの保守管理契約の付帯は今回検討する無償資金協力においてスコープに含まれておりますでしょうか。	機材は調査内で詳細を相手国機関と協議のうえ決定しますが、保守契約の付帯が必要な機材は、第4条業務の内容(10)調達事情調査3)記載のとおり、保守サービスの内容、期間、保守契約を履行できる現地業者の有無等を調査し、概略設計に含める想定です。
以上、第2回回答分(2月20日)			

以 上