

調達管理番号・案件名

24a00702_キルギス国オシユ市内二次病院における医療機材整備計画準備調査(QCBS-ランプサム型)

質問と回答は以下のとおりです。

2024年11月11日

質問番号	ページ	項目	質問内容	回答
1	4	6.(2)3)本見積書及び別見積書、別提案書	<p>3)本見積書及び別見積書、別提案書 2024年10月2日公示から、プロポーザルに関しましてはPARTNERを利用しての提出方法に変更なると理解いたします。見積書、別見積書、別提案書は「パスワードを設定したPDFファイルとして格納」と記載がございますが、これはプロポーザル提出と同じく、PARTNERへ格納でよいでしょうか。また、ファイル名は「24a00123.〇〇株式会社_見積書(または別見積書)」で変わりないでしょうか。</p> <p>p.3の2)本見積額①の電子入札システムを使用しての金額送信は、これまでどおりとの理解です。変更となったのは、上記質問の格納場所のみ、ということでしょうか。</p>	<p>提案時の全ての提出資料は、PARTNERにご格納下さい。 ファイル名、電子入札システムに関してもこれまで通りで、変更点は提出の格納場所のみです。</p>
2	15	(3)事業の背景・経緯・目的・内容等の整理に関する質問です。	<p>全世界保健医療分野における技術協力と連携した無償資金協力戦略的活用のための情報収集・確認調査のキルギス国調査結果の共有をお願いします。</p>	<p>資料を配布しますので、hmge2@jica.go.jpまでご連絡ください。</p>
3	15	第4条(3)	<p>「全世界保健医療分野における技術協力と連携した無償資金協力戦略的活用のための情報収集・確認調査」のご共有をお願いします。</p>	<p>資料を配布しますので、hmge2@jica.go.jpまでご連絡ください。</p>
4	15	第4条(3)	<p>北部3州(イシククル、ナリン、タラス州)の調査については、現場確認も想定されていますか？</p>	<p>現場確認は想定しておらず、特記仕様書(案)に記載のとおり、「先方政府関係者への聞き取りを中心に確認」することを想定しています。</p>
5	16	(5)サイト状況調査 ②設置予定場所状況の調査	<p>本件は機材整備案件故、既存の部屋に設置するための調査に限定されると考えてよいのか？</p>	<p>本事業には施設整備は含まれない予定ですが、必ずしも既存の部屋に設置することだけでなく、先方政府が整備中の施設への設置を検討する可能性があります。</p>

6	17	「P17(10)調達事情調査」と「P19(13)調達事情調査」 「P18(11)施設、設備、機材計画調査」と「P19(14)施設、設備、機材計画調査」 「P18(12)基本計画／概略設計図の作成」と「P20(15)基本計画／概略設計図の作成」	上記3カ所の内容が重複しているものとお見受けしますが、(13)～(15)については誤記のため削除となるという理解でよろしいでしょうか。	ご指摘のとおりです。(13)調達事情調査、(14)施設、設備、機材計画調査、(15)基本計画／概略設計図の作成、は削除願います。
7	17	(9)気候変動対策案件としての検討	気候変動対策案件に指定されているが、どういう意図で指定しているのか？(例:対象病院が臨床活動に使用する電力をグリーンエネルギーにするためのソーラーパネルの導入など特定の意図があるのか、あるいは全案件に適用されるものと考えてよいのか？)	ソーラーパネルの導入までは想定していないものの、電力効率や省エネルギー効果の高い機材を計画する等、現地の事情やニーズも踏まえ、気候変動対策に資する活動をご検討ください。
8	38	第3章2.(1)業務工程	今回は9月閣議を想定されているという理解でよろしいでしょうか。	現時点では2025年7月閣議を想定していますが、あくまで想定であり、変更になることがあります。

以上